CE

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Produkt *Product*	Mikrotiterplatten-Scanner *Microtiterplate scanner*
Hersteller *Producer*	**Viramed Biotech AG** Behringstrasse 11 82152 Planegg Germany
Bezeichnung *Identification*	ViraChip® Scanner
Seriennummer *Serial Number*	V-UVCSCA
Erklärung *Declaration*	Das Produkt entspricht den Anforderungen folgender Standards: *The product is in conformity with the requirements to the following standards:*

Richtlinie 2006/95/EG	*Directive 2006/95/EC*
Richtlinie 2004/108/EG	*Directive 2004/108/EC*

Störaussendung / Emission
EN 55022:2006+A1:2007 Class B
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class A
EN 61000-3-3:2008

Störfestigkeit / Immunity
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2 Ed. 2.0:2008
IEC 61000-4-3 Ed. 3.2:2010
IEC 61000-4-4 Ed. 2.1:2011
IEC 61000-4-5 Ed. 2.0:2005
IEC 61000-4-6 Ed. 3.0:2008
IEC 61000-4-8 Ed. 2.0:2009
IEC 61000-4-11 Ed. 2.0:2004

VIRAMED Biotech AG

Planegg, 6th June 2018		***Dr. Martin Kintrup*** *President and CEO*	
Ort *Place*	**Datum** *Date*	**Name / Stellung** *Name / Position*	**Unterschrift** *Signature*

viramed®
LABOR · DIAGNOSTIKA
VIRAMED BIOTECH AG
Behringstraße 11
D-82152 Planegg
Telefon 0 89 / 899 336
Telefax 0 89 / 859 99 49